Akcesoria do stołów operacyjnych DIAMOND oraz OPX mobilis®

SCHMITZ
A Sense of Confidence



Katalog nr 92, obowiązuje od stycznia 2014

Spis treści

Akcesoria podstawowe strona 4-9

Akcesoria do ortopedii, traumatologii, chirurgii kręgosłupa oraz wyciąg ortopedyczny strona 10-12

Akcesoria z włókna węglowego strona 13

Wyciąg ortopedyczny strona 14-19

Akcesoria do pozycjonowania głowy oraz zabiegów neurochirurgicznych strona 20-21

Akcesoria dla ginekologii i urologii strona 22-23

Wspomaganie ułożenia pacjenta strona 24-25

Akcesoria specjalne strona 26

Przegląd akcesoriów strona 27

Uwaga!
Podstawowe wyposażenie stołów (sekcja głowy, sekcja nóg) oraz elementy sterowania (pilot sterowania ręcznego, sterownik nożny) zamieszczono w głównych katalogach stołów operacyjnych serii DIAMOND oraz OPX mobilis.

1



2

3

4

5

6

7

8

9

Akcesoria podstawowe

1

2

3

4

5

6

7

8


9

1
Podpórka pod rękę 101.0192.0 Nowość
do łatwego i szybkiego
pozycjonowania ręki pacjenta w każdej pozycji, możliwość ustawienia w każdym położeniu przy pomocy tylko jednego pokrętła, poduszka z pianki tapicerowanej, antystatyczna, długość 450 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej.

2
Podpórka pod rękę 101.0019.0 Nowość
poduszka z pianki tapicerowanej, antystatyczna, długość 450 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą, regulowana w pionie i w poziomie, uchylna dzięki przegubowi kulowemu, stal nierdzewna.

3
Podpórka pod rękę 101.0109.0
podkładka z pianki tapicerowanej, antystatyczna, zakres regulacji wysokości: 80 mm, możliwość ustawienia jedną ręką: obrót o 360° oraz przechył +/- 35°, z klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, 600 mm x 170 mm.

4
Uchwyt nadgarstka 101.0123.0
z klamrą ze stali nierdzewnej, nadający się do mycia i wymienny tekstylny pas mocujący, zapięcie na rzep.

5
Pas mocujący pacjenta 101.0177.0
z klamrą ze stali nierdzewnej, nadający się do mycia i wymienny tekstylny pas mocujący, zapięcia na rzep.

6
Pas mocujący nogę 101.0164.0
nadający się do mycia tekstylny pas z zapięciem na rzep mocujący nogę, pasujący do dzielonej sekcji nóg.

7
Ramka anestezjologiczna 101.0012.0
wykonana ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, regulowana wysokość, z klamrą mocującą 101.0146.0.

8
Przedłużenie ramki anestezjologicznej 101.0111.0
do ramki anestezjologicznej 101.0012.0, obrotowe i regulowane w poziomie, dł. 300 mm.

9
Uchwyt nadgarstka 101.0137.0
mocowany do ramki anestezjologicznej 101.0012.0, nadający się do mycia tekstylny pas mocujący, zapinany na rzep, z klamrą ze stali nierdzewnej.

10

14

11

15

16

12

17

13

18

10
Osłona ramienia* 101.0153.0
wygodna dla personelu sali operacyjnej, umieszczana z boku stołu operacyjnego, bezpieczna ochrona i jednocześnie pozycjonowanie ramienia pacjenta dzięki osłonie, która jest wsuwana pod materac stołu operacyjnego i zabezpieczana ciężarem własnym pacjenta,
400 x 230 x 210 mm (W x D x H).

11
Statyw kroplówki 101.0139.0
stal nierdzewna, w części górnej 4 haki, regulowana wysokość, klamra mocująca z przegubem kulowym.

12
Klamra mocująca 101.0018.0
stal nierdzewna, obrotowa, system szybkiego mocowania i zdejmowania, do statywów o średnicy od 16 do 18 mm.

13
Klamra mocująca 101.0117.0
stal nierdzewna, nieobrotowa, system mocowania i zdejmowania, do statywów o przekroju kwadratowym o wymiarach 20 x 20 mm.

14
Taca na narzędzia* 101.0166.0
mocowana do szyny bocznej przy pomocy klamry, wysokość regulowana w zakresie 250 mm oraz obracana dzięki samoblokującemu przegubowi kulowemu, przez to zawsze gwarantuje poziomą pozycję tacy, maksymalne obciążenie ok. 6 kg, wymiary tacy: 450 x 260 mm.

15
Giętka ramka anestetyczna* 101.0125.0
długość 2000 mm, wymagane 2 klamry 101.0146.0!

16
Uchwyt rurek wentylacyjnych* 101.0154.0
do bezpiecznego mocowania rurek wentylacyjnych oraz kabli monitorujących, giętkie ramię, regulowana wysokość, z mocną płytką z tworzywa.
Wymaga obrotowego zacisku mocującego 101.0146.0!

17
Klamra mocująca 101.0132.0
stal nierdzewna, nieobrotowa, do statywów o średnicy od 16 do 18 mm oraz o przekroju kwadratowym o wymiarach 10 x 25 mm.

18
Klamra mocująca 101.0146.0
obrotowa, do statywów o średnicy od 16 do 18 mm, stal nierdzewna.

Akcesoria podstawowe

1
Podpórki barkowe (para) 101.0010.0
w zestawie 2 klamry 101.0117.0,
2 antystatyczne poduszki (120 x 200 mm)
oraz 2 pręty mocujące do zainstalowania
poduszek w poziomie lub w pionie.

2
Podpórka boczna (1 szt.) 101.0107.0
wersja prosta, w komplecie klamra mocująca
do szyny bocznej, gładka, antystatyczna
powierzchnia materaca (100 x 215 mm).

3
Podpórka do rektoskopii/
Podparcie pośladków 101.0178.0
regulowana szerokość, miękkie obicie,
do pozycjonowania w zabiegach rektoskopowych
oraz w chirurgii kręgosłupa.
Wymaga 2 klamr 101.0018.0 lub 101.0146.0!

4
Podpórka kolanowa 101.0186.0
do stołów operacyjnych DIAMOND,
do zabiegów rektoskopowych oraz chirurgii
kręgosłupa w przypadku pacjentów w pozycji
kolanowo-łokciowej, służy także jako podnóżek
dla chirurgii laparoskopowej, do mocowania
do sekcji nóg, zawiera 2 klamry mocujące
101.0132.0.

Podpórka kolanowa 101.2070.1
podobnie jak 101.0186.0,
ale do stołów operacyjnych mobilis.
(brak ilustracji)

5
Uchwyty (para) 101.0586.0 Nowość
do zamocowania do sekcji głowy,
do łatwego manewrowania stołem operacyjnym.

6
Klamra mocująca do przystawek 101.0121.0
(il. 1) do mocowania podpórek 101.0135.0,
101.0151.0, 101.0162.0 oraz 101.0175.0,
umożliwia obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację
podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie,
zawiera klamrę mocującą 101.0117.0.

Wałek podpierający 101.0135.0
(il. 2) zintegrowana okładzina z pianki,
antystatyczna, 200 x 65 mm.

Podpórka barkowa/boczna 101.0151.0
(il. 3) wklęsła pianka pokryta antystatyczną
okładziną, 215 x 100 mm.

Podparcie pleców/pośladków 101.0162.0
(il. 4) pokryta antystatyczną okładziną,
200 x 120 mm.

Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa
101.0175.0
(il. 5) poduszka z pianki pokryta antystatyczną
okładziną, 85 x 85 mm.

1

2

3 + 4

5

6

Na ilustr. 2 zestawy 101.0194.0



7

8

9

10

7
Zestaw segmentów poszerzających* 101.0194.0
zestaw 2 segmentów wykonanych z pianki pokrytej antystatyczną powłoką, dł. 500 mm, do sekcji siedziska oraz pleców, mocowane do szyn bocznych przy pomocy szybkomocujących klamr, z dodatkowymi szynami bocznymi na akcesoria.
Do pozycjonowania pacjentów otyłych oraz pacjentów, którzy muszą być odwracani podczas zabiegu. Poszerzenie leża do szerokości 800 mm.

Zestaw segmentów poszerzających* 101.0200.0
podobnie do segmentów 101.0194.0, ale dł. 300 mm
(bez ilustracji).

8
Podpórki stóp (para)* 101.0202.0
mocowane do szyn bocznych przy pomocy zintegrowanych klamr, szerokość regulowana od 430 do 735 mm, mogą być opuszczone w dół i wykorzystane jako przedłużenie leża, 250 x 200 mm.

9
Wózek na akcesoria 101.0120.0
kwadratowa rama rurowa ze stali nierdzewnej, z 5 szynami do mocowania akcesoriów i 1 koszem, antystatyczne kółka obrotowe, wymiary: 630 x 580 x 1430 mm (szer. x gł. x wys.)

10
Wózek na płyty sekcji nóg i głowy 101.0410.0
do stołu operacyjnego DIAMOND, kwadratowa rama rurowa ze stali nierdzewnej, z 6 parami złączy do mocowania płyt sekcji nóg i głowy oraz płyt pleców i adapterów gin. i uro., 2 standardowe szyny i 1 kosz. Antystatyczne kółka obrotowe, wymiary: 918 x 1243 x 1308 mm (szer. x gł. x wys.)

Akcesoria podstawowe

1
Pas mocujący nogi, udowy* 101.0185.0
1 para, z poduszkami, do dzielonej sekcji nóg, zawiera klamry do mocowania do szyn bocznych, długość 1200 mm.

2
Płyty podtrzymujące nogi (para) 101.0218.0
w połączeniu z urządzeniem łączącym do wyciągu ortopedycznego, w stołach operacyjnych DIAMOND: także mocowane do do sekcji siedziska zamiast sekcji nóg.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej pokryta materiałem, bardzo lekka. Do znieczulania pacjentów w zabiegach ginekologicznych lub urologicznych albo przy zabiegach z użyciem wyciągu ortopedycznego.
Długość przystawek pod nogi: 875 mm.

3
Przystawka podtrzymująca nogi (jednoczęściowa) 101.0400.0
w stołach operacyjnych DIAMOND: mocowana do do sekcji siedziska zamiast sekcji nóg.
Podobnie jak przystawki 101.0218.0, ale jednoczęściowa.

4
Poprzeczka z włókna węglowego 101.2950.0
do stołów operacyjnych mobilis, mocowana do sekcji pleców, przezierna.

Poprzeczka z włókna węglowego 101.0222.0
mocowana do sekcji pleców, przezierna.
Tylko do stołów DIAMOND 60 BG! (bez ilustracji)

Kabel wyrównania potencjałów 101.0220.0
długość 3 m (bez ilustracji)

Kabel wyrównania potencjałów 101.0230.0
długość 5 m (bez ilustracji)

5
Sterownik nożny 101.6400.0
Do stołów operacyjnych mobilis RC, obudowa z aluminium, uszczelniona przed wnikaniem płynów, antypoślizgowa, podłączony do stołu za pomocą przewodu.
Możliwość regulacji wszystkich funkcji stołu analogicznie do sterownika ręcznego.
Przycisk aktywacji i powrotu do pozycji „0”.
Może być podłączony do stołu w tym samym czasie, co sterownik ręczny.
(wyposażenie fabryczne).

6
Podajnik kaset rtg 101.2810.0 Nowość
do stołów operacyjnych mobilis, na kasety rtg o wym. maks. 350 x 430 mm, teleskopowy drążek ze stali nierdzewnej.

Podajnik kaset rtg 101.0228.0
podobnie jak 101.2810.0, do stołów operacyjnych DIAMOND (bez ilustracji)

1

4

2

5


3


6

Moduł Integracyjny Schmitz (SIM) 101.0420.0
Moduł działający w technologii Bluetooth do połączenia stołu operacyjnego DIAMOND z systemem zintegrowanej sali operacyjnej OR1™ NEO firmy Storz.
Dwukierunkowy transfer danych, graficzne menu nawigacyjne, wyświetlacz TFT wyświetlający wszystkie informacje o statusie stołu, zintegrowane menu dostępnych usług oraz informacji, automatyczna konfiguracja wszystkich wariantów stołu.
Uwaga! Stół DIAMOND musi być bezwzględnie wyposażony w przygotowanie do Bluetooth 101.0390.0!

Więcej informacji na temat funkcji Bluetooth w stołach operacyjnych DIAMOND w katalogu nr 84.

Akcesoria dla ortopedii, traumatologii, chirurgii kręgosłupa oraz wyciąg ortopedyczny


1



6


2


4

7

3

5

8

1
Płyta do artroskopii barku 101.0209.0
do stołów operacyjnych DIAMOND modeli 50 i 60. Mocowana w miejsce sekcji nóg, z indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z szynami bocznymi. Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz profilowanej podpórki głowy 101.0013.0.

2
Płyta barkowa 101.0210.0
do stołów operacyjnych DIAMOND modeli 50 i 60, do laryngologii, chirurgii twarzy i szczękowo-twarzowej oraz okulistyki, mocowana w miejsce sekcji nóg, z szynami bocznymi. Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz profilowanej podpórki głowy 101.0155.0.

3
Profilowana podpórka głowy do chirurgii barku 101.0013.0
hełm w kształcie litery U z miękkimi poduszkami i 2 pasami mocującymi zapinanymi na rzep. Bezpieczne pozycjonowanie i boczne umocowanie głowy podczas znieczulenia. Regulowane do rożnych rozmiarów głowy, odłączane poduszki.
Bezpieczne obciążenie: 11 kg. Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 do podłączenia do płyty do artroskopii barku 101.0209.0.

4
Poduszka* 101.0015.0 Nowość
do operacji dysku międzykręgowego, dwusekcyjna dla indywidualnego dopasowania do rozmiaru pacjenta, przezierna dla rtg, antystatyczna. Poduszka piersiowa 500 x 250 x 200 mm (szer. x gł. x wys.),
poduszka miednicy 500 x 340 x 200 mm (szer. x gł. x wys.).

5
Przystawka do artroskopii kolana* 101.0212.0
regulowana ręcznie, z podkładką żelową i pasem mocującym. Mocowanie do szyny bocznej (wymaga klamry mocującej 101.0146.0). Bezpieczne obciążenie: 25 kg.

6
Przystawka do artroskopii kolana* 101.0583.0 Nowość
mocowana do szyny bocznej, zawiera klamrę mocującą i poduszki, regulowana ręcznie. Średnica regulowana ręcznie przy pomocy korby, możliwość dopasowania również do bardzo otyłych pacjentów.
Bezpieczne obciążenie: 40 kg.

7
Przystawka do pozycji kolanowo-łokciowej 101.0150.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, mocowana do sekcji pleców, do pozycji kolanowo-łokciowej w chirurgii kręgosłupa, materac z pianki, antystatyczny, regulacja wysokości 200 mm przy pomocy korby, z szynami bocznymi. Bezpieczne obciążenie robocze: 135 kg. Wym. 510 x 500 x 120 mm (szer. x gł. x wys.).

8
Podpórka boczna (1 sztuka) 101.0190.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, do bocznego podparcia pacjenta, mocowanie do przystawki do pozycji kolanowo-łokciowej 101.0150.0 przy pomocy klamry (w zestawie).

9


9


10

11


12

9
Wyścielane segmenty do płyty do artroskopii barku (para) 101.0440.0
mniejsze, wyścielane segmenty do płyty do artroskopii barku 101.0209.0, do mocowania w miejsce standardowych segmentów.

10
Mała sekcja głowy 101.0207.0
do zastosowania np. podczas indukcji znieczulenia przy zastosowaniu płyty do artroskopii barku lub uniwersalnego adaptera. Gruby materac 70 mm z pianki (do płyty do artroskopii barku 101.0209.0 lub 101.2790.1)

11
Sekcja pleców 101.2780.1
do stołów operacyjnych mobilis, do laryngologii, chirurgii twarzy, szczękowo-twarzowej i okulistyki, instalowana w miejsce sekcji nóg, regulacja wspomagana sprężyną gazową, z szynami bocznymi.
Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz profilowanej podpórki głowy 101.0155.0.

12
Płyta do artroskopii barku 101.2790.1
do stołów operacyjnych mobilis, mocowana w miejsce sekcji nóg, regulacja wspomagana sprężyną gazową, z indywidualnie odłączanymi poduszkami bocznymi dla łatwego dostępu do ramion, szynami bocznymi.
Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz profilowanej podpórki głowy 101.0013.0.

Akcesoria dla ortopedii, traumatologii, chirurgii kręgosłupa oraz wyciąg ortopedyczny

2

1
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni 101.0108.0
przezierna dla rtg płyta z włókna węglowego CFRP, materac z pianki pokrytej powłoką antystatyczną, ergonomiczny kształt dla optymalnego dostępu do pola operacyjnego, wymiary: 815 x 520 mm.
Obciążenie bez wspornika - do 25 kg.

2
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni 101.0070.1
do stołów operacyjnych mobilis, przezierna dla rtg płyta z tworzywa, materac z pianki pokrytej powłoką antystatyczną, kanał na kasetę rtg, wymiary: 700 x 300 mm.

3
Podpórka ramienia 101.0122.0
przezierna dla promieni rtg, regulacja wysokości ok. 100 mm przy pomocy klamry, obrót o 90°, poduszka z pianki 210 x 260 mm, bezpieczne obciążenie robocze: 10 kg.
Wymaga klamry mocującej 101.0117.0.

4
Podstawa wyciągu ramienia 101.0136.0
do mocowania gwoździ śródszpikowych górnej części ramienia, pionowy pręt oraz pozioma prowadnica liniowa z szyną na akcesoria, regulowana przy pomocy przegubu kulowego, do zamocowania urządzenia wyciągowego Weinberger'a 101.0163.0 (do osobnego zamówienia). Wymaga klamry mocującej 101.0146.0.

5
Urządzenie wyciągowe Weinberger'a 101.0163.0
przezierne dla promieni rtg, do pozycjonowania dłoni i palców, płyta ręki oraz uchwyty palców z tworzywa, do zamocowania do podstawy 101.0136.0.
Bezpieczne obciążenie robocze: 30 kg.

6
Wałek zaporowy do ramienia 101.0152.0
obłożony pianką, przezierny dla rtg, bezpieczne obciążenie: 12 kg.
Wymaga klamry mocującej 101.0146.0.

1

2

3

4

5

6

Akcesoria z włókna węglowego (karbonowe)

1
Płyta plecowa z włókna węglowego Nowość
101.7151.0
– w przygotowaniu –
przezierna płyta z włókna węglowego CFRP, do zamocowania do sekcji pleców stołu operacyjnego. Długość 1,200 mm, z czego 1,000 mm jest przezierne dla promieni rtg. Z materacem z pianki SAF 60 mm, antystatycznym, z prętem podpierającym.

Bezpieczne obciążenie robocze:
z prętem podpierającym
stoły operacyjne DIAMOND: 225 kg
stoły operacyjne mobilis: 225 kg

bez pręta podpierającego
stoły operacyjne DIAMOND: 140 kg
stoły operacyjne mobilis: 100 kg

1

2
Przedłużenie płyty plecowej Nowość
101.7153.0
– w przygotowaniu –
przezierne dla promieni rtg przedłużenie z włókna węglowego CFRP do zamocowania do płyty karbonowej, wym. 300 x 550 mm (dł. x szer.), obszar przezierny 300 x 510 m (dł. x szer.), materac z pianki SAF 60 mm, antystatyczny. Szyny boczne 25 x 10 mm na całej długości.

2

3
Szyny boczne do płyty z włókna węglowego 101.7152.0 Nowość
– w przygotowaniu –
szyny boczne ze stali nierdzewnej 25 x 10 mm, długość 220 mm, do zamocowania do płyty 101.7151.0.

3

4
Specjalna podpórka ramienia 101.7200.1
z przezierną dla promieni rtg płytą z włókna węglowego CFRP, mocowana do szyn bocznych. Wym. 700 x 250 mm, z czego 600 mm przezierne dla rtg. Obciążenie do 25 kg. Odchylana w poziomie z systemem blokującym i ręcznym pokrętłem.
Materac z pianki SAF 25 mm, antystatyczny.

4

5
Specjalna sekcja nóg 101.7050.1
do stołów operacyjnych mobilis, 2-sekcyjna, z przezierną dla promieni rtg płytą karbonową CFRP, do mocowania do sekcji siedziska. Długość: 850 mm, z czego 730 mm przezierne dla rtg, z możliwością przedłużenia o 250 mm przy pomocy dołączanych płyt laminatowych. Szerokość: 2 x 250 mm. Dopuszczalne obciążenie do 30 kg każda. Pochylenie i rozszerzenie za pomocą systemu blokującego i dźwigni zaciskowych.
Materac z pianki SAF 60 mm, antystatyczny.

5

Wyciąg ortopedyczny

Wyciąg ortopedyczny charakteryzuje się prostotą oraz większym zakresem zastosowań.

Złożone operacje chirurgiczne, takie jak artroskopie biodrowe, można prowadzić bardziej efektywnie dzięki noworozwiniętej przystawce ortopedycznej i przydatnych usprawnieniach w zakresie akcesoriów.

Nowe, specjalne buty trakcyjne zabezpieczają stopę pacjenta w każdej wymaganej pozycji.

Kołek zaporowy z grubszym materacem skutecznie zapobiega nadmiernemu uciskowi i uszkodzeniu nerwów.

Nowy klin zaciskowy pozwala na zoptymalizowany płynny obrót belek wydłużających.

Artroskopia biodra

Artroskopia biodra

Klin zaciskowy

Wyciąg ortopedyczny w szczegółach

Urządzenie wyciągowe

Zaciski kulowe

Innowacyjne zaciski kulowe ze zintegrowanym urządzeniem wyciągowym pomogą operatorowi w precyzyjnym ustawieniu kończyny do artroskopii biodra i dokładnym repozycjonowaniu złamań kończyn dolnych.

1
Wyraźne oznaczenia na urządzeniu wyciągowym dla bezpieczeństwa podczas zabiegu.

2
Łatwe i precyzyjne ustawianie kończyny oraz śródoperacyjne pozycjonowanie, jak również kontrola wymaganych sił rozciągania możliwe dzięki zastosowaniu skalowania na mechanizmie trakcyjnym.

3
Proste i szybkie mocowanie do stołu operacyjnego przy pomocy belki mocującej.

Maks. wysunięcie belki wydłużającej

1

Stopień rozszerzenia

2



Belka mocująca mobilis

3

3 Belka mocująca DIAMOND

Wyciąg ortopedyczny

Akcesoria dla ortopedii, traumatologii, chirurgii kręgosłupa oraz urządzenia wyciągowe

W celu leczenia wszelkiego rodzaju złamań kończyn dolnych.
Podstawowe funkcje:
- szybkie, proste oraz bezpieczne mocowanie przystawki do stołów operacyjnych DIAMOND i mobilis
- modułowa budowa dla optymalnego zakresu zastosowań
- swobodny dostęp do kończyn dolnych dla aparatu rtg i całkowitego przejścia promieni rtg w dwóch osiach
- dobrze opracowane akcesoria dla wygodnego i precyzyjnego pozycjonowania pacjenta
- konstrukcja ze stali nierdzewnej odporna na środki dezynfekujące

Wyciąg ortopedyczny 101.0270.0
belki wydłużające z podwójnymi przegubami w celu regulacji odchylenia i wysokości. Przegub belki może być ustawiony zarówno poziomo jak i pionowo dla optymalnego dostępu promieni rtg. Przesuwne urządzenia wyciągowe mocowane na belkach wydłużających: przegub odchylany, obrotowy i rotujący. Wszystkie metalowe części wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej.

Wymaga montażu elementu mocującego, materaca, belki mocującej jak opisano na stronie 17!

Kompletny wraz z podstawowymi akcesoriami:
2 wsporniki belek wydłużających,
2 płyty pod stopy dla dorosłych,
2 buty trakcyjne dla dorosłych,
1 kołek zaporowy dla pozycji grzbietowej, regulowany,
Całkowita waga: 46 kg

1

2

3

4

5

6

1
Element mocujący 101.0110.0
dla wszystkich modeli stołów DIAMOND, do podłączenia wyciągu 101.0270.0 (późniejsza instalacja do stołów DIAMOND jest możliwa, jednakże bez funkcji wykrywania kolizji)

Element mocujący 101.5250.0
podobnie jak 101.0110.0, ale do stołów operacyjnych mobilis **bez funkcji przesuwu wzdłużnego**. W modelach stołów mobilis z funkcją przesuwu wzdłużnego element mocujący jest już zainstalowany.
(bez ilustracji)

2
Belka mocująca 101.0250.0
do stołów DIAMOND **z funkcją przesuwu wzdłużnego blatu**. Niezbędna do montażu urządzenia wyciągowego 101.0270.0 w połączeniu z elementem mocującym 101.0110.0.

Belka mocująca 101.0260.0
podobna do 101.0250.0, ale do stołów operacyjnych DIAMOND **bez funkcji przesuwu wzdłużnego blatu**.
(bez ilustracji)

3
Belka mocująca 101.0251.0 Nowość
podobna do 101.0250.0,
ale do stołów operacyjnych mobilis.

4
Materac 101.0138.0
do przystawki pozycjonującej wyciągu.

5
Wózek transportowy 101.0290.0
wózek do transportu i przechowywania wyciągu podzielonego na poszczególne elementy.

6
Wózek transportowy 101.0221.0
podobnie jak 101.0290.0, ale do transportu i przechowywania w pełni zmontowanego wyciągu.

Wyposażenie standardowe

Belka wydłużająca
(połączenie poziome lub pionowe)

Regulacja pionowa belki wydłużającej
po połączeniu w orientacji pionowej.

Poziome odchylenie belek wydłużających

Regulowany kołek zaporowy
dla pozycji grzbietowej

Wyposażenie dodatkowe

1

2

3



4

5

6

1
Adapter do gipsowania miednicy z podparciem miednicy 101.0340.0

2
Kołek zaporowy do pozycji bocznej 101.0350.0

3
Klamra do drutu Kirschnera* 101.0165.0
do przystawek wykorzystujących gwoździe Steinmann'a.

4
Przystawki podtrzymujące nogi (para) 101.0218.0
mocowane do sekcji siedziska w połączeniu z urządzeniem łączącym do wyciągu ortopedycznego, w stołach operacyjnych DIAMOND: także mocowane do do sekcji siedziska zamiast sekcji nóg.
Gięte rury ze stali nierdzewnej pokryte materiałem, lekka konstrukcja. Do znieczulania pacjentów w zabiegach ginekologicznych lub urologicznych albo przy zabiegach z użyciem wyciągu ortopedycznego.
Długość przystawek pod nogi: 875 mm.

5
Urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej 101.0280.0
kołek zaporowy do podudzia, zdejmowalny, z regulacją wysokości. Odchylany przy pomocy regulowanego przegubu.

6
Przedłużenie szyny bocznej (para) 101.0193.0
w sekcji siedzenia, do przyłączenia podnóżka (typu Göpel) 101.0115.0 przy użyciu obrotowej klamry mocującej 101.0146.0.

brak ilustr.:
2 szt. płyty pod stopy dla dzieci 101.0201.0
2 szt. buty trakcyjne dla dzieci 101.0205.0

Wyciąg ortopedyczny

1 Poprzeczka teleskopowa do zawieszenia pionowej zasłony izolującej np. do 2 statywów na płyny infuzyjne

1

2

3

4

1
Poprzeczka teleskopowa* 101.0224.0
do zawieszenia pionowych zasłon izolacyjnych, montowana do 2 pionowych masztów przy pomocy uniwersalnych klamr, teleskopowy pręt rozciągany od 1,500 do 2,800 mm.

2
Poduszka do artroskopii biodra 101.0320.0
do operacji biodra, do zamocowania na kołku zaporowym, wysokość 240 mm, śr. 230 mm.

3
Specjalny but do artroskopii biodra* 101.0310.0
(but "Rotex"), but do trwałej stabilizacji stopy w chirurgii biodra lub chirurgii urazowej, anatomiczny kształt wewnętrznej, karbonowej części buta, zamknięcia zatrzaskowe, jednorazowy wkład buta 101.0330.0 nie jest dołączony!

4
Jednorazowy wkład buta (sztuka)* 101.0330.0
do zastosowania z specjalnym butem do artroskopii biodra 101.0310.0.

Akcesoria do pozycjonowania głowy oraz zabiegów neurochirurgicznych

1
Adapter uniwersalny 101.0141.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, stal nierdzewna, do mocowania elementu bazowego systemu Doro 101.0142.0, ramienia 101.0112.0 oraz łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0.

Adapter uniwersalny 101.2720.0
podobny do 101.0141.0,
ale do stołów operacyjnych mobilis. (bez ilustracji)

2
Ramię wspierające 101.0112.0
w kształcie litery „U" dla lepszego dostępu dla aparatu rtg, uchylne z blokowaniem przy pomocy dźwigni mimośrodowej, przesuwna szyna obrotowa 360° przy pomocy blokowanego pokrętła. Do profilowanych podgłówków 101.0155.0 lub 101.0179.0 oraz łącznika 101.0126.0 (wymaga uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

3
Element łączący 101.0126.0
wysokość regulowana przy pomocy klamry, szyna ślizgowa z blokowanym pokrętłem regulacyjnym (wymaga ramienia wspierającego 101.0112.0 oraz profilowanego podgłówka 101.0155.0 lub 101.0179.0).

4
Element łączący 101.0167.0
przystawka do szyn bocznych z regulacją wysokości i pochylenia, dł. 240 mm, współpracuje z podgłówkami 101.0155.0 lub 101.0179.0 (wymaga uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

5
Element łączący 101.0187.0
do centralnego gniazda kwadratowego adaptera, regulacja przy pomocy trzech przegubów regulowanych pokrętłami, z łącznikiem do szyny bocznej, dł. 275 mm, współpracuje z podgłówkami 101.0155.0 lub 101.0179.0 (wymaga uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

6
Profilowany podgłówek 101.0155.0
1-sekcyjny zagłówek z PU z odłączanymi poduszkami oraz pasem mocującym, optymalne rozłożenie nacisku w pozycji grzbietowej jak i brzusznej. (Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

7
Profilowany podgłówek 101.0179.0
2-sekcyjne podparcie, regulowany na szerokość, zagłówek z PU z odłączanymi poduszkami oraz pasem mocującym, optymalne rozłożenie nacisku w pozycji grzbietowej jak i brzusznej. (Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

8
Podpórka ręki dla chirurga 101.0195.0
podparcie ręki do mikrochirurgii oka.
Z regulacją wysokości, odwracalne.
Do zamocowania do łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0.

1

5

2

6

3

7


4

8

9
Profilowana podpórka głowy* 101.0550.0 Nowość
zintegrowany materac z pianki, odchylana przy pomocy dźwigni, regulowana wysokość przez obrót adaptera w łączniku 101.0587.0.
Wymaga łącznika 101.0587.0 do zamocowania do płyty do artroskopii barku 101.0209.0/101.2790.1 lub płyty barkowej 101.0210.0/101.2780.1 (wymaga łącznika 101.0587.0).

Element łączący 101.0587.0 Nowość
do zamocowania profilowanej podpórki głowy 101.0550.0 do płyty do artroskopii barku 101.0209.0/101.2790.1 lub do płyty barkowej 101.0210.0/101.2780.1. (bez ilustracji)

9

10

12

15

13

16

11

14

17

10
Przystawka do pozycji siedzącej 101.0014.0
ze stali nierdzewnej, do pozycjonowania pacjenta w pozycji siedzącej w neurochirurgii, regulowana do rożnych szerokości stołu.
Wymaga 2 szt. klamr mocujących 101.0018.0!

11
Uniwersalny element bazowy systemu Doro* 101.0142.0
regulacja dwoma przegubami, mocowany do uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND) lub przystawki do pozycji siedzącej 101.0014.0.
Na życzenie dostępny również z materiału przeziernego dla promieni rtg.

12
Adapter do zacisku czaszki typu Doro* 101.0113.0
do mocowania zacisku czaszki typu Doro 101.0270.0 lub podparcia pod głowę 101.0156.0 do uniwersalnego elementu bazowego 101.0142.0.
Na życzenie dostępny również z materiału przeziernego dla promieni rtg.

13
Adapter zacisku czaszki typu Doro z przegubami kulowymi* 101.0168.0
zapewnia obrót o 360°, poziome nachylenie do 90°, służy do połączenia zacisku czaszki Doro 101.0270.0 lub podparcia pod głowę 101.0156.0 do elementu bazowego 101.0142.0.
Na życzenie dostępny również z materiału przeziernego dla promieni rtg.

14
Zacisk czaszki typu Doro* 101.0127.0
dla bezpiecznego i stabilnego 3-punktowego mocowania głowy pacjenta w pozycji grzbietowej, brzusznej, bocznej lub siedzącej.
W zestawie trzy piny dla dorosłych.
Na życzenie dostępny również z materiału przeziernego dla promieni rtg.

15
Profilowane podparcie pod głowę do klamry typu Doro* 101.0156.0
podwójna regulacja, poduszki żelowe w kształcie litery U, wymaga adaptera do zacisku czaszki 101.0113.0 oraz elementu bazowego 101.0142.0.

16
Piny czaszkowe typu Doro* 101.0180.0
piny czaszkowe wielokrotnego użytku 3 szt., dziecięce.

17
Piny czaszkowe typu Doro* 101.0188.0
piny czaszkowe wielokrotnego użytku 3 szt., dla dorosłych.

Akcesoria dla ginekologii i urologii

1

1
Podpórki nożne (para)* 101.0016.0
z regulacją wysokości i regulacją obrotu od strony stopy, ze wspomaganiem, z plastikowym wsparciem i żelową poduszką dla stopy i podudzia, regulowany we wszystkich kierunkach. W zestawie specjalne klamry mocujące.

2
Podnóżek (typu Göpel) Cysto-Lift (para)* 101.0217.0

regulacja wysokości oraz przywodzenia/ odwodzenia od strony stopy, ze wspomaganiem, wyścielane podpórki podudzi typu Göpel, regulowany we wszystkich kierunkach, zawiera klamry mocujące.

2

3
Podnóżek (typu Göpel) 101.0115.0
zintegrowane poduszki z pianki, czarne, antystatyczne, z pasami na rzepy, bez uchwytów mocujących.
Stal nierdzewna 18/10, długość pręta 520 mm. Wymaga klamr mocujących nr 101.0018.0 lub 101.0146.0.

4
Adapter urologiczny 101.0197.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, przedłużenie sekcji siedziska o ok. 420 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, szyny boczne ze stali nierdzewnej 25 x 10 mm (na życzenie dostępny również dla stołów bez wycięcia ginekologicznego).

Podwójny blat 101.0520.0
z możliwością włożenia kasety rtg, do adaptera urologicznego 101.0197.0.
(bez ilustracji)

Adapter urologiczny 101.6010.1
podobnie do 101.0197.0, ale do stołów operacyjnych mobilis.
(bez ilustracji)

3

4

5

5
Podłokietniki (para) 101.0129.0
ze wspornikami ze stali nierdzewnej do zamocowania do adaptera urologicznego do stołów DIAMOND 101.0197.0, powlekane poduszki z pianki, antystatyczne, wym. 120 x 200 mm.

Podłokietniki (para) 101.6020.0
podobnie jak 101.0129.0, ale do zamocowania do adaptera urologicznego do stołów mobilis 101.6010.1.
(bez ilustracji)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6
Adapter ginekologiczny 101.0204.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, przedłużenie sekcji siedziska o ok. 285 mm, dla procedur ginekologicznych i urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, z szynami bocznymi i wycięciem ginekologicznym. Na życzenie, dostępne również dla stołów bez wycięcia ginekologicznego.

Podwójny blat 101.0530.0
z możliwością włożenia kasety rtg, do adaptera ginekologicznego 101.0204.0. (bez ilustracji)

Adapter ginekologiczny 101.4010.1
podobny do 101.0204.0, ale do stołów operacyjnych mobilis. (bez ilustracji)

7
Miska z uchwytem 101.0170.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, ze stali nierdzewnej, montowana do kolumny stołu, z odpływem i plastikowym wężem, wymiary miski: 350 x 325 x 60 mm (szer. x gł. x wys.).

8
Miska z obrotowym mocowaniem z uchwytem 101.0182.0
do stołów operacyjnych DIAMOND, ze stali nierdzewnej, mocowana do kolumny stołu, z odpływem i plastikowym wężem, wymiary miski: 350 x 325 x 60 mm (szer. x gł. x wys.).

Sito TUR 101.0191.0
ze stali nierdzewnej, do miski 101.0182.0. (bez ilustracji)

9
Taca do odkładania narzędzi 101.0585.0 Nowość
mocowana do adaptera ginekologicznego 101.0204.0 lub adaptera urologicznego 101.0197.0, stal nierdzewna, możliwość wysuwania i obracania, szybkie wyjmowanie w celu czyszczenia, bez odpływu. Wymiary miski: 300 x 230 x 40 mm (szer. x gł. x wys.).

10
Sekcja nóg* 101.0570.0 Nowość
– w przygotowaniu –
do stołów operacyjnych DIAMOND, 4-sekcyjna, do łatwego i anatomicznego pozycjonowania pacjenta, płynna regulacja, łatwiejszy dostęp do pola operacyjnego dzięki wyjmowanym płytom podpierającym udo i podudzie, odejmowane poduszki. Możliwość zamocowania podpórek typu Göpel 101.0571.0 w miejsce segmentów podpierających nogi.

11
Podnóżki (para)* 101.0571.0 Nowość
– w przygotowaniu –
podnóżki typu Göpel do zamocowania do sekcji nóg 101.0570.0.

12
Miska z systemem płukania 101.0584.0 Nowość
mocowana do adaptera ginekologicznego 101.0204.0 lub urologicznego 101.0197.0, duża i okrągła miska ze stali nierdzewnej Ø 360 mm, wyciągana i odchylana, blokowana w każdej pozycji. Higieniczne wykonanie bez obrzeża. Odcięcie zapachów przez syfon ścienny lub podłogowy w pomieszczeniu klienta (system ścienny/podłogowy). Dopływ wody uruchomiany ręcznie przy pomocy kurka. Odpływ przez bardzo elastyczny wąż i króciec rurowy, Ø 40 mm. Odpowiada normie DIN EN 1717.

Sito TUR 101.0588.0
okrągłe, ze stali nierdzewnej, do miski z systemem płukania 101.0584.0. (bez ilustracji)

13
Miska z uchwytem 101.2400.0
do stołów operacyjnych mobilis, wygodne mocowanie do podstawy stołu operacyjnego. Szybkie blokowanie miski do uchwytu, bezpieczne mocowanie śrubowe uchwytu do podstawy stołu, pojemność miski 7 litrów.

14
Miska z uchwytem 101.2470.0
do stołów operacyjnych mobilis, stal nierdzewna, mocowanie do kolumny stołu, z odpływem i wężem z tworzywa, wymiary miski: 350 x 325 x 60 mm (szer. x gł. x wys.).

Wspomaganie ułożenia pacjenta

1
Żelowy materac do pozycji bocznych* 101.0189.0
dla bezpiecznej pozycji bocznej, w celu odciążenia stawu barkowego oraz ochrony połączeń nerwowych, do zabiegów chirurgicznych na biodrze, na ramieniu lub nerce, 720 x 500 x 160 mm (szer. x gł. x wys.).

2
Żelowe podkładki pod pięty (para)* 101.0196.0
dla wsparcia obszaru ścięgna Achillesa i odciążenia pięt pacjenta podczas długotrwałych zabiegów chirurgicznych, 190 x 100 x 70 mm (szer. x gł. x wys.).

3
Materac tunelowy* 101.0203.0
dla bocznego ułożenia pacjenta, zapobiega ryzyku uszkodzenia nóg pacjenta, materac z obiciem antystatycznym wypełniony specjalną pianką o grubości 70 mm, 650 x 400 x 220 mm (szer. x gł. x wys.).

4
Materac klinowy – podwójny* 101.0208.0
dla pozycjonowania pacjenta w pozycji grzbietowej, w celu zapobiegania porażeniu splotu ramiennego oraz do stabilizacji głowy, 440 x 500 x 100 mm (szer. x gł. x wys.).

5
Poduszka półkolista 101.0211.0
materac z obiciem antystatycznym, półkolisty, 240 x 120 x 475 mm (szer. x gł. x wys.).

6
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0143.0
otwarty, rozmiar dla dorosłych, zapewnia stabilność oraz ochronę twarzy pacjenta podczas zabiegu w pozycji bocznej, Ø 200 x 54 mm.

7
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0157.0
otwarty, pediatryczny, zapewnia stabilność oraz ochronę twarzy pacjenta podczas zabiegu w pozycji bocznej, Ø 140 x 34 mm.

8
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0169.0
zamknięty, rozmiar dla dorosłych, chroni głowę oraz uszy podczas zabiegu w pozycji grzbietowej, Ø 200 x 50 mm.

9
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0181.0
zamknięty, pediatryczny, chroni głowę oraz uszy podczas zabiegu w pozycji grzbietowej, Ø 140 x 34 mm.

10
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej* 101.0114.0
rozmiar dla dorosłych, anatomicznie zaprojektowane tak, aby głowa pacjenta mogła komfortowo spoczywać twarzą w dół, wyloty dla rur anestetycznych po obu stronach, 280 x 240 x 150 mm (szer. x gł. x wys.).

11
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej* 101.0128.0
pediatryczne, anatomicznie zaprojektowane tak, aby głowa pacjenta mogła komfortowo spoczywać twarzą w dół, wyloty rur anestetycznych po obu stronach, 260 x 230 x 140 mm (szer. x gł. x wys.).









NOWOŚĆ

1

Materac próżniowy, krótki* 101.0581.0
do pozycjonowania pacjenta w pozycji na plecach, ginekologicznej lub Trendelenburga. Mocowanie materaca próżniowego do stołu operacyjnego zabezpiecza pacjenta przed zsunięciem się ze stołu przy skrajnym pochyleniu stołu głową w dół (np. w laparoskopowej resekcji esicy). Zabezpieczenie przed obniżeniem temperatury ciała pacjenta dzięki systemowi pamięci kształtu, ochrona przed uszkodzeniem nerwów dzięki wkładkom z pamięcią kształtu. Wymagane podciśnienie może być uzyskane np. przy pomocy urządzeń ssących dostępnych zwykle na sali operacyjnej.
wym.: 1.200 mm x 1.000 mm

Skład zestawu:
materac próżniowy na salę operacyjną, krótki. Dodatkowa poduszka do znieczulania oraz wyścielany pas mocujący.

2

Materac próżniowy, długi* 101.0582.0
do pozycjonowania pacjenta w pozycji bocznej. Mocowanie materaca próżniowego do stołu operacyjnego zabezpiecza pacjenta przed zsunięciem się ze stołu przy skrajnym pochyleniu stołu głową w dół. Zabezpieczenie przed obniżeniem temperatury ciała pacjenta dzięki systemowi pamięci kształtu, ochrona przed uszkodzeniem nerwów dzięki wkładkom z pamięcią kształtu.
Wymagane podciśnienie może być uzyskane np. przy pomocy urządzeń ssących dostępnych zwykle na sali operacyjnej.
wym.: 2.000 mm x 920 mm

Skład zestawu:
materac próżniowy na salę operacyjną, długi. Dodatkowa poduszka do znieczulania oraz wyścielany pas mocujący.

1

2

Akcesoria specjalne

NOWOŚĆ

1

2

2

2

1
Stół Rotex* 101.0560.0
Urządzenie pozycjonujące do endoprotetyki stawu biodrowego oraz artroskopii. Elektryczna regulacja wysokości ułożenia nogi pacjenta przy pomocy sterownika nożnego, precyzyjna ręczna regulacja przez obracanie, wydłużanie, przywodzenie i odwodzenie, do stosowania z wyciągiem ortopedycznym 101.0270.0. Bezpieczne obciążenie robocze: 220 kg

Skład zestawu:
System RotexTable, But RotexShoe (z 2 parami wkładek wewnętrznych), sterownik nożny, ładowarka z mocowaniem ściennym, wymienne baterie, kabel połączeniowy, stojak, korba, adapter do wyciągu ortopedycznego 101.0270.0

2
Allen® Spine System* 101.0160.0
Urządzenie pozycjonujące do pozycjonowania pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych kręgosłupa, mocowanie do szyn bocznych stołu operacyjnego.

Przegląd akcesoriów

Opis	Nr kat.	Strona	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND 40	DIAMOND 50	DIAMOND 60
Podpórka barku (para)	101.0010.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Ramka anestezjologiczna	101.0012.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Profilowana podpórka głowy	101.0013.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do pozycji siedzącej	101.0014.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Poduszka	101.0015.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Podpórki nożne (para)	101.0016.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Sekcja głowy**	101.0017.0	-					■	■	■
Klamra mocująca	101.0018.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka pod rękę	101.0019.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni	101.0070.1	12	■	■	■	■			
Podpórka boczna (1 szt.)	101.0107.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni	101.0108.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka pod rękę	101.0109.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Element mocujący	101.0110.0	17					■	■	■
Przedłużenie ramki anestezjologicznej	101.0111.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Ramię wspierające	101.0112.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Adapter do zacisku czaszki typu Doro	101.0113.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej	101.0114.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Podnóżek typu Göpel (szt.)	101.0115.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Sekcja nóg**	101.0116.0	-					■	■	■
Klamra mocująca	101.0117.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Wózek na akcesoria	101.0120.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Klamra mocująca do przystawek	101.0121.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka ramienia	101.0122.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyt nadgarstka	101.0123.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Giętka ramka anestetyczna	101.0125.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Element łączący	101.0126.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Zacisk czaszki typu Doro	101.0127.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej	101.0128.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Podłokietniki (para)	101.0129.0	22					■	■	■
Przedłużenie sekcji pleców**	101.0131.0	-					■	■	■
Klamra mocująca	101.0132.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Wałek podpierający	101.0135.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Podstawa wyciągu ramienia	101.0136.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyt nadgarstka	101.0137.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Materac	101.0138.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Statyw kroplówki	101.0139.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Adapter uniwersalny	101.0141.0	20					■	■	■
Uniwersalny element bazowy systemu Doro	101.0142.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowy pierścień pod głowę	101.0143.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Sekcja nóg**	101.0145.0	-					■	■	■
Zacisk mocujący obrotowy	101.0146.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do pozycji kolanowo-łokciowej	101.0150.0	10					■	■	■
Podpórka barkowa/boczna	101.0151.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Wałek zaporowy do ramienia	101.0152.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Osłona ramienia	101.0153.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyt rurek wentylacyjnych	101.0154.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Profilowany podgłówek	101.0155.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Profilowane podparcie głowy	101.0156.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowy pierścień pod głowę	101.0157.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Przedłużenie sekcji pleców, pochylane**	101.0159.0	-					■	■	■
Allen Spine System	101.0160.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Podparcie pleców/pośladków	101.0162.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Urządzenie wyciągowe Weinberger'a	101.0163.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Pas mocujący nogę	101.0164.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Klamra do drutu Kirschnera	101.0165.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Taca na narzędzia	101.0166.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Element łączący	101.0167.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Adapter zacisku czaszki typu Doro	101.0168.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowy pierścień pod głowę	101.0169.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Miska z uchwytem	101.0170.0	23					■	■	■
Sekcja nóg**	101.0171.0	-					■	■	■
Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa	101.0175.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Pas mocujący pacjenta	101.0177.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka do rektoskopii	101.0178.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Profilowany podgłówek	101.0179.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Piny czaszkowe typu Doro	101.0180.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowy pierścień pod głowę	101.0181.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Miska z obrotowym mocowaniem	101.0182.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Pas mocujący nogi, udowy	101.0185.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka kolanowa	101.0186.0	6					■	■	■
Element łączący	101.0187.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Piny czaszkowe typu Doro	101.0188.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Żelowy materac do pozycji bocznych	101.0189.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka boczna (1 sztuka)	101.0190.0	10					■	■	■
Sito TUR	101.0191.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka pod rękę	101.0192.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Przedłużenie szyny bocznej (para)	101.0193.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Zestaw segmentów poszerzających	101.0194.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Podpórka ręki dla chirurga	101.0195.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Żelowe podkładki pod pięty (para)	101.0196.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Adapter urologiczny	101.0197.0	22					■	■	■
Zestaw segmentów poszerzających	101.0200.0	7	■	■	■	■	■	■	■
2 płyty pod stopy dla dzieci	101.0201.0	18	■	■	■	■	■	■	■

Opis	Nr kat.	Strona	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND 40	DIAMOND 50	DIAMOND 60
Podpórki stóp (para)	101.0202.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Materac tunelowy	101.0203.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Adapter ginekologiczny	101.0204.0	23					■	■	■
2 szt. buty trakcyjne dla dzieci	101.0205.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Sterownik nożny, przewodowy**	101.0206.0	-					■	■	■
Mała sekcja głowy	101.0207.0	11	■	■	■	■		■	■
Materac klinowy – podwójny	101.0208.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Płyta do artroskopii barku	101.0209.0	10						■	■
Płyta barkowa	101.0210.0	10						■	■
Poduszka półkolista	101.0211.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do artroskopii kolana	101.0212.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Pilot sterowania ręcznego bezprzewodowy, Bluetooth**	101.0214.0	-					■	■	■
Sterowanie nożne bezprzewodowe, Bluetooth**	101.0216.0	-					■	■	■
Podpórka nożna typu Göpel Cysto-Lift (para)	101.0217.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Przystawki podtrzymujące nogi (para)	101.0218.0	8+18					■	■	■
Kabel wyrównania potencjałów	101.0220.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Wózek transportowy	101.0221.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Poprzeczka z włókna węglowego (DIAMOND 60 BG)	101.0222.0	8							■
Poprzeczka teleskopowa	101.0224.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja powrotu do pozycji „0"**	101.0225.0	-			■				
Funkcja powrotu do pozycji „0"**	101.0226.0	-				■			
Dodatkowe koło kierunkowe**	101.0227.0	-					■		
Podajnik kaset rtg	101.0228.0	8					■	■	■
Kabel wyrównywania potencjałów	101.0230.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Belka mocująca do stołów DIAMOND "L"	101.0250.0	17					■		■
Belka mocująca	101.0251.0	17	■	■	■	■			
Belka mocująca	101.0260.0	17					■	■	■
Wyciąg ortopedyczny	101.0270.0	16	■	■	■	■	■	■	■
Urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej	101.0280.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Wózek transportowy	101.0290.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Specjalny but do artroskopii biodra	101.0310.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Poduszka do artroskopii biodra	101.0320.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Jednorazowy wkład buta (sztuka)	101.0330.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Adapter do gipsowania miednicy	101.0340.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Kołek zaporowy dla pozycji bocznej	101.0350.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Ręczny pilot sterujący, przewodowy**	101.0380.0	-					■	■	■
Przygotowanie Bluetooth**	101.0390.0	-					■	■	■
Przystawka podtrzymująca nogi (jednoczęściowa)	101.0400.0	8					■	■	■
Wózek na płyty sekcji nóg i głowy	101.0410.0	7					■	■	■
Moduł Integracyjny Schmitz	101.0420.0	9					■	■	■
Podwójny blat stołu**	101.0430.0	-					■	■	■
Wyścielane segmenty	101.0440.0	11						■	■
Podwójny blat stołu**	101.0460.0	-							■
Podwójny blat stołu do 101.0017.0**	101.0480.0	-					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0145.0**	101.0490.0	-					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0116.0**	101.0500.0	-					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0131.0**	101.0510.0	-					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0197.0	101.0520.0	22					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0204.0	101.0530.0	23					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0171.0**	101.0540.0	-					■	■	■
Profilowany podgłówek	101.0550.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Stół Rotex	101.0560.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Sekcja nóg	101.0570.0	23					■	■	■
Podnóżki (para)	101.0571.0	23					■	■	■
Podwójny blat stołu do 101.0159.0**	101.0580.0	-					■	■	■
Materac próżniowy, krótki	101.0581.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Materac próżniowy, długi	101.0582.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Przystawka do artroskopii kolana	101.0583.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Miska z systemem płukania	101.0584.0	23					■	■	■
Taca do odkładania narzędzi	101.0585.0	23					■	■	■
Uchwyty (para)	101.0586.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Element łączący	101.0587.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Sito TUR	101.0588.0	23					■	■	■
Podpórka kolanowa	101.2070.1	6	■	■	■	■			
Sekcja nóg**	101.2170.1	-	■	■	■	■			
Sekcja nóg**	101.2180.1	-	■	■	■	■			
Miska z uchwytem	101.2400.0	23	■	■	■	■			
Miska z uchwytem	101.2470.0	23	■	■	■	■			
Sekcja głowy**	101.2580.1	-	■	■	■	■			
Sekcja głowy**	101.2590.1	-	■	■	■	■			
Adapter uniwersalny	101.2720.0	20	■	■	■	■			
Sekcja pleców	101.2780.1	11	■	■	■	■			
Płyta do artroskopii barku	101.2790.1	11	■	■	■	■			
Podajnik kaset rtg	101.2810.0	8	■	■	■	■			
Poprzeczka z włókna węglowego	101.2950.0	8	■	■	■	■			
Adapter ginekologiczny	101.4010.1	23	■	■	■	■			
Element mocujący	101.5250.0	17	■	■	■	■			
Adapter urologiczny	101.6010.1	22	■	■	■	■			
Podłokietniki (para)	101.6020.0	22	■	■	■	■			
Sterownik nożny	101.6400.0	8			■	■			
Specjalna sekcja nóg	101.7050.1	13	■	■	■	■			
Płyta plecowa z włókna węglowego	101.7151.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Szyny boczne do płyty z włókna węglowego	101.7152.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Przedłużenie płyty plecowej	101.7153.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Specjalna podpórka ramienia	101.7200.1	13	■	■	■	■	■	■	■

** Te elementy można znaleźć w katalogach głównych stołów operacyjnych serii DIAMOND oraz OPX mobilis®

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
P. O. Box 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Niemcy (adres pocztowy)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Niemcy (adres siedziby)
Telefon +49 (0)2377 84 0
Faks +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Serwis techniczny, hotline:
Telefon +49 (0)2377 84 549
Faks +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Wszystkie wymienione produkty łącznie z akcesoriami oznakowane znakiem jakości CE są zgodne z wymaganiami dla wyrobow medycznych zgodnie z MPG oraz regulacjami dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC.

CE

Produkty należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi!

/schmitz.soehne

Posiadamy certyfikat zgodny z EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003 + AC:2009

Schmitz na świecie:

Polska
MEDICOM Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Tel. +48 (0) 32 271 76 66
Faks +48 (0) 32 273 22 19
firma@medicom.com.pl

Szwajcaria
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tel. +41 (0) 52 6 43 25 05
Faks +41 (0) 52 6 43 26 91
schmitz-ag@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin de Bois 32
1020 Renens VD
Tel. +41 (0) 21 6 91 74 66
Faks +41 (0) 21 6 91 74 62
Tel. kom. 079-2128334
schmitz-sa@bluewin.ch

Francja
SCHMITZ FRANCE SAS
27, rue du Lieutenant
Colonel Prévost
69006 Lyon
Tel. +33 (0) 3 83 22 94 67
Faks +33 (0) 3 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Hiszpania
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/Pollensa, n° 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel. +34 (0) 91 6 40 45 14
Faks +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

Włochy
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL)
Tel. +39 (01 43) 8 03 50
Faks +39 (01 43) 83 42 53
Tel. kom. 349-6338723
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Rosja i Europa Wschodnia
Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Bornaische Str. 180
04279 Leipzig
Niemcy
Tel. +49 (0) 3 41 3 37 80 34
Faks +49 (0) 3 41 3 37 80 35
Tel. kom.
+49 (0) 1 52 0 90 77 05 8
kosolapov@schmitz-soehne.de

Z.E.A.
Schmitz u. Söhne
Dubai Branch
P.O. Box 293763
Dubai Airport Freezone
Dubai
United Arab Emirates
Tel. +971 (0)4 2314120
Faks +971 (0)4 2314121
Tel. kom. +966 (0)504230849
m.khurma@schmitz-soehne.de

Chiny
Schmitz (Guangzhou)
Trading Co. Ltd.
World Trade Centre
North Tower 2501
Huan Shi East Road 371-375
Guangzhou 510095
Tel. +86 (0) 20 87 61 33 01
Faks +86 (0) 20 87 60 39 23
info@schmitz-soehne.cn

Amerzka Łacińska
Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8,
Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 (0)11 4811 4642
Faks +54 (0)11 4811 4642
Tel. kom. 0911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

Informacje na temat adresów innych oddziałów na całym świecie na stronie www producenta.

Kompletny zakres produktów firmy Schmitz

OPX mobilis®
Stoły Operacyjne
do ambulatoriow
oraz sal operacyjnych.
Wyjątkowa elastyczność
i niezawodność

DIAMOND
Klasa sama w sobie

Ginekologia, Urologia
i Proktologia
Idealny sprzęt spełniający
wszystkie wymagania

varimed®
Wózki funkcyjne –
ekspert w codziennej
praktyce klinicznej

STL 285, STS 282, STX 280
System transportu
pacjentów dla oddziałów
ratunkowych, ambulatoriów
oraz intensywnej terapii
i RTG

varimed®
Meble do Sal
Operacyjnych oraz
gabinetów zabiegowych

varimed®
Meble medyczne
do gabinetów
diagnostycznych
oraz zabiegowych

Partura®
Łózko porodowe
Firmy Schmitz wygodny
i bezpieczny poród –
z naciskiem na położnictwo
prewencyjne



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie, konstrukcji, wymiarach oraz wykończeniu swoich produktów bez uprzedzania.
Wszystkie odpowiednie wymiary i wagi są podawane jako dane przybliżone.
Ze względów technicznych możliwe są drobne ochylenia w kolorach. Katalog Schmitz nr 92, 01.2014 PL
* Produkt jest artykułem OEM sprzedawanym pod własną nazwą handlową.